

Kúpna zmluva č. Z201628670_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
Tel: 0435801499

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: WEGA - MS spol. s r.o.
Sídlo: Pálenická 1/601 , 92221 Moravany nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 30998328
DIČ: 2020395135
IČ DPH: SK2020395135
Číslo účtu:
Tel: 0337747242

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Digitálny ultrazvukový prístroj Premium triedy pre vyšetrenie v rádiológii s konvexnou a lineárnou sondou
Kľúčové slová: uzv, ultrazvuk, ultrazvukový prístroj, usg, sono, sonograf, sonografický prístroj, echo, rádiológia, rtg
CPV: 33112000-8 - Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Digitálny ultrazvukový prístroj Premium triedy pre vyšetrenie v rádiológii s konvexnou a lineárnou sondou

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť uhlopriečky LCD monitora	palec	21		
Rozsah natočenia ovládacieho pult prístroja	stupeň	90		
Vertikálne prestavenie ovládacieho pult prístroja	cm	20		
Počet konektorov pre pripojenie 2D / 4D sond	ks	4		
Dynamický rozsah prístroja	db	230		
Frekvenčný rozsah prístroja	MHz	1,0-21,0		
Maximálna zobrazovacia hĺbka pre 2D zobrazenie	cm	44		

Zväčšenie obrazu (Zoom)	krát	30		
Dynamické potlačenie ultrazvukového "SPECKLE" šumu a zvýraznenie detailov v obraze	úrovne	12		
Maximálny počet 2D obrazov za sekundu pri zapnutom farebnom mapovaní (CFM)	obr/sek	512		
Zobrazovací rozsah rýchlostí toku pri farebnom mapovaní (CFM)	cm/sek	550		
Merací rozsah rýchlostí toku pri pulznom Doppleri (PWD) - spektrum	cm/sek	4200		
Kapacita HDD	TB	2		
Lineárna sonda - počet elementov	ks	192		
Lineárna sonda - frekvenčný rozsah	MHz	3,0-13,0		
Lineárna sonda - max. hĺbka zobrazovania	mm	160		
Lineárna sonda - footprint	mm	52		
Konvexná sonda - počet elementov	ks	192		
Konvexná sonda - frekvenčný rozsah	MHz	1,0-8,0		
Konvexná sonda - max. hĺbka zobrazovania	mm	430		
Konvexná sonda - max. FOV	stupne	100		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča	v základe			
Monitor umiestnený na artikuláčnom ramene, ovládací panel s možnosťou výškového aj stranového nastavenia	v základe			
Ovládanie funkcií pomocou multifunkčných podsvietených ovládačov a dotykového panela	v základe			
Možnosť fundamentálneho aj harmonického zobrazovania	v základe			
Možnosť náklonu na lineárnej sonde s možnosťou rozšíreného formátu snímania tzv. trapezoid	v základe			
Zobrazovacie módy: 2D B-mód, M-mód, farebné mapovanie (CFM), pulzný Doppler (PWD), energetický Doppler (Power Doppler)	v základe			
Relevantné kombinácie hore uvedených zobrazovacích módov	v základe			
Technológia umožňujúca automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a počítajúca indexy Pi- index pulzácie, Ri - index rezistencie, ED, TAMx, TAMn, S/D - syst./diastol pomer v "živom" obraze	v základe			
USB porty min. 2 x na ovládacom paneli a 4 x na chassi prístroja	v základe			
Možnosť pripojenia k PACS archivačnému systému prostredníctvom LAN a WiFi	v základe			
Elastografia	v základe			
Panoramatické zobrazovanie	v základe			
Zobrazovanie kontrastnou látkou	v základe			
Možnosť okamžitého rozšírenia prístroja o modalitu prekladaného zobrazovania - fúziu viacerých vyšetrovacích modality v rozsahu kombinácie USG a min. CT/MR/PET CT	v základe			
Záručná doba	24 mesiacov			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia do 6 týždňov od podpisu zmluvy
Vrátane uvedenia do prevádzky a aplikačného zaškolenia na mieste plnenia v rozmedzí 1-2 hodín
Nástup technika počas záručnej a pozáručnej doby do 48 hodín počas pracovných dní

Do 5 pracovných dní predloženie návodu na použitie, certifikátu a dokladu o zhode, úradne osvedčenú kópiu "Potvrdenie o autorizovanom servise" vydané výrobcom prístroja, ktorým dodávateľ preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis pre minimálne dvoch slovensky hovoriacich servisných technikov.	
Názov	Upravenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Dolný Kubín
 Obec: Dolný Kubín
 Ulica a číslo: Nemocničná 1944/10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

6.10.2016 9:09:00 - 15.11.2016 9:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 50 690,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 60 828,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 3.10.2016 9:44:00

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
WEGA - MS spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska