

Kúpna zmluva č. Z201728821_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
Telefón: 0435801499

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ULTRAMED s.r.o.
Sídlo: Š. Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 36638404
DIČ: 2022011651
IČ DPH: SK2022011651
Číslo účtu: SK7711110000001104060002
Telefón: +421905850004

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Videoendoskopická zostava
Kľúčové slová: HD videogastroskop, HD videokolonoskop, SD videogastroskop, videoprocessor/svetelný zdroj, monitor, odsávací pumpa, oplachová pumpa, elektrochirurgický generátor, endoskopický vozík, tester tesnosti, manuálny dezinfektor, inštrumentárium
CPV: 33164000-7 - Laparoskopické prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Videoendoskopická zostava-zariadenie určené pre miniinvazívne vyšetrenie horného a dolného gastrointestinálneho traktu-ústna dutina, pažerák, žalúdok, duodenum, hrubé črevo, konečník
- Zariadenie pozostávajúce z : HD videogastroskopu, HD videokolonoskopu, SD videogastroskopu, videoprocessoru/svetelného zdroja, monitora, odsávacej pumpy, oplachovej pumpy, elektrochirurgického generátora, endoskopického vozíka, testera tesnosti, manuálneho dezinfektora a endoskopického inštrumentária.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HD Videogastroskop-veľkosť zorného poľa	stupeň	140		
HD Videogastroskop-hĺbka zorného poľa	mm	2	100	
HD Videogastroskop-vonkajší priemer zavádzacieho tub.	mm		9,2	
HD Videogastroskop-vonkajší priemer distálneho konca	mm		9,2	
HD Videogastroskop-priemer pracovného kanála	mm	2,8		
HD Videogastroskop-minimálna viditeľná vzdialenosť od distálneho konca	mm	3		
HD Videogastroskop-ohybnosť hore	stupeň	210		

HD Videogastroskop-ohybnosť dole	stupeň	90		
HD Videogastroskop-ohybnosť vpravo	stupeň	100		
HD Videogastroskop-ohybnosť vľavo	stupeň	100		
HD Videogastroskop-pracovná dĺžka	mm	1030	1050	
HD Videogastroskop-celková dĺžka	mm	1300	1400	
HD Videogastroskop-bioptické kliešte s bodcom	ks	1		
HD Videogastroskop-bioptické kliešte s bodcom	ks	1		
HD Videogastroskop-sklerotizačný injektor jednorázový	ks	10		
HD Videogastroskop-rotačné klipovacie zariadenie	ks	1		
HD Videogastroskop-klip jednorázový	ks	40		
HD Videokolonoskop-veľkosť zorného poľa	stupeň	140		
HD Videokolonoskop-hĺbka zorného poľa	mm	2	100	
HD Videokolonoskop-vonkajší priemer zavádzacieho tub.	mm		12,8	
HD Videokolonoskop-vonkajší priemer distálneho konca	mm		12,8	
HD Videokolonoskop-veľkosť zorného poľa	mm	3,7		
HD Videokolonoskop-minimálna viditeľná vzdialenosť od distálneho konca	mm	5		
HD Videokolonoskop-ohybnosť hore	stupeň	180		
HD Videokolonoskop-ohybnosť dolu	stupeň	180		
HD Videokolonoskop-ohybnosť vpravo	stupeň	160		
HD Videokolonoskop-ohybnosť vľavo	stupeň	160		
HD Videokolonoskop-pracovná dĺžka	mm	1680	1700	
HD Videokolonoskop-celková dĺžka	mm	2000	2020	
HD Videokolonoskop-bioptické kliešte s bodcom	ks	1		
HD Videokolonoskop-bioptické kliešte bez bodca	ks	1		
HD Videokolonoskop-polypektomická slučka	ks	1		
HD Videokolonoskop-tubus k polypektomickej slučke	ks	1		
HD Videokolonoskop-držiak k polypektomickej slučke	ks	1		
SD Videogastroskop-veľkosť zorného poľa	stupeň	140		
SD Videogastroskop-hĺbka zorného poľa	mm	3	100	
SD Videogastroskop-vonkajší priemer zavádzacieho tub.	mm		9,2	
SD Videogastroskop-vonkajší priemer distálneho konca	mm		9,2	
SD Videogastroskop-priemer pracovného kanála	mm	2,8		
SD Videogastroskop-minimálna viditeľná vzdialenosť od distálneho konca	mm	3		
SD Videogastroskop-ohybnosť hore	stupeň	210		
SD Videogastroskop-ohybnosť dolu	stupeň	90		
SD Videogastroskop-ohybnosť vpravo	stupeň	100		
SD Videogastroskop-ohybnosť vľavo	stupeň	100		
SD Videogastroskop-pracovná dĺžka	mm	1030	1050	
SD Videogastroskop-celková dĺžka	mm	1300	1400	
Videoprocessor so svetelným zdrojom-počet úrovní nastavenia farieb (červená, modrá)	ks	8		
Videoprocessor so svetelným zdrojom-počet úrovní nastavenia chromatickosti obrazu	ks	8		

Videoprocessor so svetelným zdrojom-počet úrovni nastavenia kontrastu	ks	3		
Videoprocessor so svetelným zdrojom-počet úrovni automatického nastavenia jasu	ks	2		
Videoprocessor so svetelným zdrojom-počet úrovni nastavenia štruktúrneho vylepšenia obrazu	ks	3		
Videoprocessor so svetelným zdrojom-počet úrovni nastavenia pre okrajové vylepšenie obrazu	ks	3		
Videoprocessor so svetelným zdrojom-počet úrovnielektronického zväčšenia obrazu	ks	3		
HD Monitor- dĺžka uhlopriečky	palec	24		
HD Monitor-rozlíšenie	obrazové prvky	1920x1200		
Odsávací pumpa-objem	liter	1		
Odsávací pumpa-nominálne vákuum	kPa	85		
Oplachová pumpa-nastaviteľný nominálny prietok	ml/min.	0	230	
Oplachová pumpa-automatické vypnutie	sek.	15	20	
Oplachová pumpa-nádoba na vodu s objemom	lit	1		
Elektrochirurgický generátor-výkon	W		120	
Elektrochirurgický generátor-koagulačné kliešte	ks	1		
Elektrochirurgický generátor-bipolárna koagulačná elektróda	ks	1		
Endoskopický vozík-počet políc na uloženie prístrojov	ks	3		
Endoskopický vozík-počet ramien na zavesenie endoskopov	ks	1		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
HD Videogastroskop-spôsob snímania	farebný CCD číp
HD Videogastroskop-technológia vysokého rozlíšenia obrazu	HDTV
HD Videogastroskop-technológia digitálnej chromoendoskopie	NBI
HD Videokolonoskop-spôsob snímania	farebný CCD číp
HD Videokolonoskop-technológia vysokého rozlíšenia obrazu	HDTV
HD Videokolonoskop-technológia digitálnej chromoendoskopie	NBI
HD Videokolonoskop-preplachovací kanál	
SD Videogastroskop-spôsob snímania	farebný CCD číp
Videoprocessor so svetelným zdrojom	
Videoprocessor so svetelným zdrojom-technológia vysokého rozlíšenia obrazu	HDTV
Videoprocessor so svetelným zdrojom-technológia digitálnej chromoendoskopie	NBI
Videoprocessor so svetelným zdrojom-technológia automatického elektronického zosilňovania obrazu	
Videoprocessor so svetelným zdrojom-funkcia redukcie šumu	
Videoprocessor so svetelným zdrojom-funkcia nastavenia bielej farby	
Videoprocessor so svetelným zdrojom-funkcia zmrazenia obrazu	

Videoprocessor so svetelným zdrojom-funkcia irisovej clony	
Videoprocessor so svetelným zdrojom-záznam obrazu na pamäťové médium integrované do procesora	
Videoprocessor so svetelným zdrojom-analógový výstup HDTV signálu	RGB/YPbPr
Videoprocessor so svetelným zdrojom-analógový výstup SDTV signálu	VBS, Y/C,RGB
Videoprocessor so svetelným zdrojom-digitálny výstup signálu	HD-SDI, SD-SDI, DVI
Videoprocessor so svetelným zdrojom-klávesnica na ovládanie videoprocessora	
HD Monitor-LCD	
HD Monitor-kontrast pomer	1000:1
HD Monitor- aspekt pomer	16:10
HD Monitor- funkcia prepínania teploty farieb	
HD Monitor-vstupy	DVI-D,SD/HD/3G-SDI,SOG,VGA,C-video,S-video,RGB,YPbPr
HD Monitor-výstupy	DVI-D,SD/HD/3G-SDI, SOG, C-video, S-video, RGB, YPbPr
HD Monitor-stojan na monitor	
Odsávací pumpa-autoklavovateľná zberná nádoba	
Odsávací pumpa-zabudovaný hydrofóbny mikrobiálny filter	
Oplachová pumpa-oplachovanie nožným spínačom	
Oplachová pumpa-riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom	
Elektrochirurgický generátor-vysokofrekvenčný princíp	
Elektrochirurgický generátor-samostatný monopolárny rezací režim	
Elektrochirurgický generátor-samostatný monopolárny koagulačný režim	
Elektrochirurgický generátor-samostatný bipolárny rezací režim	
Elektrochirurgický generátor-samostatný bipolárny koagulačný režim	
Elektrochirurgický generátor-neutrálna elektróda	
Elektrochirurgický generátor-dvojité nožné spínače na ovládanie rezu a koagulácie	
Elektrochirurgický generátor-aktívne monitorovanie impedancie tkaniva cez pracovný inštrument	
Elektrochirurgický generátor-systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu	
Endoskopický vozík-mobilná verzia	
Tester tesnosti-kontrola tesnosti a neporušenosti vonkajšieho obalu endoskopu	
Tester tesnosti- kontrola tesnosti a neporušenosti vnútorných priestorov endoskopu	
Manuálny dezinfektor-dezinfekcia jedného flexibilného endoskopu	
Manuálny dezinfektor-kontajner na uloženie endoskopu s uzatváracím krytom	
Manuálny dezinfektor-3 kontajnery na tekutiny (detergenčný roztok, dezinfekčný roztok, voda na oplachovanie)	

Manuálny dezinfektor-časový spínač na meranie nastaveného časového úseku so signálom po ukončení cyklu	
Manuálny dezinfektor-pumpa na prestriekanie pripojeného endoskopu tekutinou	
Manuálny dezinfektor-ručne ovládaný drenážny kohútik na vypustenie tekutiny z kontajneru	
Bioptické kliešte s bodcom ku gastroendoskopu	1 ks
Bioptické kliešte ku gastroskopu	1 ks
Bioptické kliešte s bodcom ku kolonoskopu	1 ks
Bioptické kliešte ku kolonoskopu	1 ks
Injektor na jednorázové použitie	10 ks
Rotačné klipovacie zariadenie	1 ks
Klipy na jednorázové použitie	40 ks
Polypektomická sľučka	1 ks
Tubus k polypektomickej sľučke	1 ks
Rúčka k polypektomickej sľučke	1 ks
Koagulačné kliešte	1 ks
Bipolárna koagulačná elektróda	1 ks

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a uvedenia do prevádzky
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované
Doba záruky od momentu uvedenia zariadenia do prevádzky min.24 mesiacov
Garancia zabezpečenia bezplatného záručného servisu vrátane výmeny spotrebného materiálu ako napr. tesnenia, počas doby trvania záruky
Lehota na nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska max.48 hodín
Návod na obsluhu v slovenskom (českom) jazyku
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaných dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.

Názov	Upresnenie
Požadujeme dodanie predmetu zákazky : minimálne v uvádzanej špecifikácii v technických a osobitných požiadavkách v opisnom formulári	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy teda ešte pred dodaním požadujeme predložiť : a) vyhlásenie zhody a doplnujúce podklady k nemu, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia,	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

b) Prospekt a podrobný technický opis ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia, technické parametre ponúkaného tovaru a osobu, ktorá bude zodpovedná za dodanie predmetu zmluvy a komunikáciu s objednávateľom,	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
c) "Potvrdenie o autorizovanom servise" vydané výrobcom prístroja, ktorým dodávateľ preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis pre ním dodaný prístroj.	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Nemocničná 1944/10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.06.2017 13:59:00 - 31.07.2017 13:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 61 691,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.06.2017 11:38:02

Objednávateľ:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ULTRAMED s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu