

Kúpna zmluva č. Z201828544_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
Telefón: 0435801499

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Media Comp. s.r.o.
Sídlo: Rovinka 268, 90041 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 35731486
DIČ: 2021376775
IČ DPH: SK2021376775
Číslo účtu: SK8311000000002627107628
Telefón: 0903325191

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Novorodenecký inkubátor
Kľúčové slová: inkubátor, dvojstenný, novorodenci
CPV: 33152000-0 - Inkubátory; 51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Funkčná špecifikácia predmetu

Funkcia				
Dvojstenný inkubátor pre starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s určením k starostlivosti o novorodencov a nedonosené deti, vrátane dodávky tovaru na miesto určenia, inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručného servisu				
Inkubátor s integrovaným centrálnym monitorom, s integrovanou automatickou reguláciou vlhkosti, s integrovaným modulom pre dávkovanie kyslíka, s integrovaným režimom klokankovania				
V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí inkubátor poskytovať liečbu teplom pomocou regulácie teploty vzduchu alebo regulácie teploty kože, zvlhčovanie vzduchu, liečbu O2 pomocou regulovaného obohatovania O2, ošetrovanie cez otvory na ruky alebo veľkým čelným príklopom				
V inkubátore musí byť zabezpečené monitorovanie teploty vzduchu, teploty kože, relatívnej vlhkosti vzduchu, koncentrácie O2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Novorodenecký inkubátor	ks			2
Rozmery lôžka pre pacienta-dĺžka	mm	730		
Rozmery lôžka pre pacienta-šírka	mm	370		
Nastaviteľný sklon lôžka (zvýšenie alebo zníženie polohy hlavy)	° (stupne)	12		
Hlučnosť vo vnútri inkubátora	dB		49	

Regulácia teploty vzduchu nastaviteľná (maximálny krok nastavenia 0,1°C) v rozsahu min.	°C	20-39		
Regulácia teploty kože nastaviteľná (maximálny krok nastavenia 0,1°C) v rozsahu min.	°C	34-38		
Nastavovanie dávkovania O2 do inkubátora (maximálny krok nastavenia 1 %) v min. rozsahu	%	21-65		
Regulácia vlhkosti nastaviteľná (maximálny krok nastavenia 1 % r.v.) v min. rozsahu	% r.v.	30-90		
Počet vstupných portov na ruky	ks	6		
Napájanie inkubátora	V/Hz			230/50
Integrované napájacie zásuvky, pre napäťový/sieťový rozsah	V/Hz			230/50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Integrovaný centrálny monitor v slovenskom jazyku alebo zrozumiteľné piktogramy zobrazujúce všetky prevádzkové stavy, nastavované a merané hodnoty	áno			
Analýza trendov na grafické a numerické zobrazovanie meraných parametrov Teplota kože 1, Teplota kože 2, Teplota vzduchu,Vlhkosť, Koncentrácia O2	áno			
Analýza trendov s nastavením časovej osi pre vybraný meraný parameter v min. zobrazení za posledné 2; 4; 8; 12; 24 hodín	áno			
Identifikácia inkubátora v stave alarmu viditeľným alarmovým svetlom a akustickým signálom	áno			
Prístup k pacientovi min. z troch strán, na oboch stranách odnímateľné steny, polohovateľné, naklápacie a vysúvacie lôžko, steny inkubátora s veľkými vstupnými portami a prechodkami	áno			
Naklápávanie lôžka mechanické alebo elektrické s ovládaním na inkubátore	áno			
Steny inkubátora obojstranne otváracie, usmerňovače prúdu vzduchu eliminujúce tepelné straty, zabezpečujúce prevenciu radiačných strát tepla na minimum, zároveň udržiavajúce maximálnu tepelnú stabilitu aj počas manipulácie so zariadením	áno			
Obojstranne elektrický, výškovo nastaviteľný podvozok inkubátora	áno			
Uloženie RTG kazety do zásuvky, ktorá je prístupná z vonkajšej strany inkubátora, pacient sa môže röntgenovať v inkubátore bez toho, že by sa musel prenášať alebo zdvíhať. Röntgenová zásuvka sa musí dať jednoducho vyťahovať	áno			
Servoriadený zvlhčovací systém garantujúci sterilné prostredie zobrazujúci meranú RH v %, vrátane resterilizovateľnej nádoby s objemom nádoby minimálne 1500 ml	áno			
Integrovaná automatická regulácia vlhkosti. V režime nastavenia automatického zvlhčovania sa požadovaná hodnota vlhkosti vypočítava a nastavuje systémom automaticky, v závislosti na nastavenej teplote vzduchu v inkubátore	áno			
Integrovaný modul pre servo dávkovanie a meranie kyslíka	áno			
Vzduchový a kožný režim riadenia teploty v inkubátore, dva kanály merania teploty	áno			
Integrovaný režim klokankovania	áno			
Minimálne 3 integrované prídavné, sieťové, napájacie zásuvky pre zapojenie ext. zariadení (pumpa, dávkovač, monitor,....)	áno			

Funkcie riadiacich prvkov a spätnoväzobné hlásenia sa testujú zapínaním a vypínaním po zapnutí inkubátora sa vykonáva samočinný test všetkých pamätí systému mikroprocesorového riadenia a bezchybný chod programových segmentov	áno
Samočinný test všetkých pamätí systému mikroprocesorového riadenia a bezchybný chod programových segmentov vykonáva aj v 10 minútových intervaloch počas prevádzky, pri tom skúša všetkých modulov, ktoré sú v inkubátore k dispozícii, akékoľvek chybové hlásenie sa zobrazuje aj keď je chybný modul vypnutý	áno
Príslušenstvo	O2 hadica; držiak hadíc pre ventiláciu, odsávanie a výživu, box/zásuvka na uskladnenie materiálu, polica na uloženie monitora vitálnych funkcií, min. 1 tyč na uchytenie infúznej techniky, 2x eurolišta

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a uvedenie do prevádzky
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované.
Doba záruky od momentu uvedenia do prevádzky min. 24 mesiacov
Garancia zabezpečovania bezplatného servisu vrátane výmeny spotrebného materiálu ako napr. tesnenia počas doby trvania záruky
Lehota na nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska max. 48 hodín
Návod na obsluhu v slovenskom jazyku
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaných dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy

Názov	Upresnenie
Požadujeme dodanie predmetu zákazky : minimálne v uvádzanej špecifikácii v technických a osobitných požiadavkách v opisnom formulári	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy teda ešte pred dodaním požadujeme predložiť : a) vyhlásenie zhody a doplnujúce podklady k nemu, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
b) prospekt a podrobný technický opis ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia, technické parametre ponúkaného tovaru a osobu, ktorá bude zodpovedná za dodanie predmetu zmluvy a komunikáciu s objednávateľom,	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
c)"Potvrdenie o autorizovanom servise" vydané výrobcom prístroja, ktorým dodávateľ preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis pre ním dodaný prístroj.	Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Nemocničná 1944/10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.07.2018 14:00:00 - 03.09.2018 13:49:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 23 998,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 797,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.07.2018 10:38:08

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Media Comp. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu